

## Фрезы для закрытого синус-лифтинга.

Твёрдосплавные фрезы с алмазным среднеабразивным покрытием рабочей части для атравматичного формирования гребневого доступа при субантральной аугментации верхней челюсти (закрытого синус - лифтинга). Материал изготовления хвостовика - карбид титана, рабочая часть – искусственный корунд (алмаз). Материал напыления (золотистый) - нитрид титана. Абразивность покрытия обеспечивает щадящее препарирование костной ткани без риска перфорации (разрыва)- Шнейдеровой мембраны.



### Фреза алмазная для закрытого синус - лифтинга:

**3,0** – диаметр наконечника 2,83 мм с высотой рабочей части 2,13 мм с алмазным покрытием

**3,6** - диаметр наконечника 3,50 мм с высотой рабочей части 2,15 мм с алмазным покрытием

**3,9** - диаметр наконечника 3,84 мм с высотой рабочей части 2,20 мм с алмазным покрытием

